



Modification de l'essai et de l'intervalle de référence de Cotinin à partir du 08 août 2017

Principe d'essai jusqu'à présent: essai immunologique par chimiluminescence

Principe d'essai nouveau: spectrométrie de masse

Valeurs de référence jusqu'à présent

Urine: <500 µg/L

Sérum: <100 µg/L

Nouvelles valeurs de référence

Urine:

non-fumeur: <1 µg/mmol créatinine

tabagisme passif: 1-18 µg/mmol créatinine

fumeur: >18 µg/mmol créatinine

Sérum:

non-fumeur: <5 µg/L

tabagisme passif: 5-85 µg/L

fumeur: >85 µg/L

Profil d'analyse

Urine: 513

Sérum: 5130

Prix urine / sérum: 82 PT

Nous restons volontiers à votre disposition en cas de questions.

labor team w ag

août 2017